特長　「殺菌をしっかり、ハンドピースの寿命を延ばす」を両立しました。

ハンドピースを熱や化学的なダメージからやさしく守ります。

- 生体に無害な、安心のオイルを使用。さらりとした手触りですので、殺菌・注油後は、ペーパーで乾拭きするだけ。
- 約110℃に加熱されたオイルが、ハンドピースヘッドの内部までを、クリーンに殺菌・注油します。
- 約110℃で殺菌することで、ハンドピース内部の熱に弱い部品を守って、カートリッジの寿命を延ばします。
- 殺菌工程に必要なオイルは、2週間に一度の交換で、オイル1缶で6週間（約300工程）のご使用が可能です。
- 一度に5本のハンドピースと、同時にリーマ、ファイル、バーの殺菌もできます。（付属の小ケースを使用）
- 殺菌終了時点のお知らせは、音声アナウンス、チャイム、無音からお選びいただけます。もちろん、ランプ表示でもご確認いただけます。

エコモードで30%節電

（1日10回使用時 当社比）

切換え式

■エコモード（1サイクル 約15分）
1サイクル終了毎にヒーター電流が切れます

■保温モード（1サイクル 約13分）
1サイクル終了後もヒーターが約95℃で保温します

（注:1サイクルあたりの所要時間は、設置された周辺温度等により変動します。）

サイズ



仕様

製品品目	高温オイル消毒器
製品名	デンティスターⅡエコ
型番	BL0601
外形寸法（mm）	幅200×奥行270×高213
設置寸法（mm）	幅260×奥行335×高442
重量（kg）	4.2
電源	AC100V　50/60Hz
消費電力	255W
電流ヒューズ	5A
機器の分類	一般医療機器（クラス1）
医療機器製造販売届出番号	28B3X10001000008

〈専用オイル〉

容量：1リットル

※オイルはご使用の都度減少していきます。
必要量（目盛りライン）を下回った場合は、つぎ足してお使いいただけます。

待合い室用ポスター
（本体付録）で、患者さんに安心をお知らせください。

デンティスターシリーズ

紫外線殺菌灯保管庫
NEW DENTISTAR SHIELD ニューシールド

- 仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
- 商品（写真）は、印刷のため実物の色とは若干異なる場合があります。
- ご購入にあたっては、使用条件・用途等をご確認ください。
- ご使用の前には必ず、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご注意　※オートクレーブ滅菌不可およびエアーベアリング（ノーベア）方式のエアータービンハンドピースにはお使いいただけません。詳しくは当社までお問い合わせください。

発売元　株式会社 E・テック
医療機器開発研究所
〒650-0045　兵庫県神戸市中央区港島9丁目1番地
神戸医療産業都市内KIO 316号室
TEL 078-335-5425 FAX 078-335-5426
本　社　〒654-0151　神戸市須磨区北落合3-28-2

製造販売元　株式会社 ビッグライン
TEL 078-335-5241／FAX 078-335-5426

お問合わせ先：

DⅡ1404

E・テック

ハンドピースを高速洗浄・殺菌・注油

eco

DENTISTAR Ⅱ eco

Dental handpiece sterilizer

高温オイル消毒器　デンティスターⅡエコ

肝炎ウイルス
HIVウイルスの
院内感染予防に!

ハンドピースの
劣化予防に!!

デンティスター　検索

■HP（http://www.e-teck.co.jp）の使用方法の動画もご覧ください。

(アメリカ食品医薬品局)
認証取得
デンティスター（BL0401）
No.880.6992

特許取得済
第3776915号